

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Włącz się! Twoje działanie to aktywne i ciekawe życie”

Odpowiedź na pytania zadane w rozmowie telefonicznej

w dniu 21.10.2019

Czy dopuszczają Państwo certyfikat o wyższej kl. Aniżeli I

Tak klasa certyfikatu w zamówieniu podana jest minimalna

Nazwa koder charakteryzuje rodzaj urządzenia, czy dopuszczają Państwo inną oraz czy dopuszczają państwo czujnik wewnętrzny

W zapytaniu było:

- dwukanałowy koder EEG
- zewnętrzny czujnik EEG z funkcją pomiaru impedancji w Ohm

W zapytaniu jest

dwukanałowa głowica EEG umożliwiającą wykonywanie w jednym czasie diagnostyki z 2 punktów

Tak czujnik może być wbudowany jak również zewnętrzny, zamieniono nazwę koder na głowicę