

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
REGON: 00030656
NIP: 984-00-78-782
Miejscowość: 13-100 Nidzica
Adres: Mickiewicza 23

Zaproszenie do składania ofert jest realizowane w ramach:

Tytuł projektu: Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej

schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy

Numer i nazwa Działania: RPWM.10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się

Numer naboru/konkursu: RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, Strategia UE Morza Bałtyckiego

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) bez stosowania ustawy do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do rehabilitacji w ramach projektu *Wdrożenie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu.*

Zakup Sprzętu Obejmuje Zakup:

Część 1. Platforma balansowa z oprogramowaniem służyć będzie do oceny i treningu równowagi, stabilności i kontroli sensomotorycznej oraz prewencji upadków (niezastąpiona w przypadku urazów ortopedycznych). Oprogramowanie zawiera moduły do obiektywnej oceny oraz gotowe programy treningowe z możliwością dostosowania dla indywidualnych pacjentów. Obsługa platformy odbywa się poprzez ekran dotykowy, wyniki z oceny i ćwiczeń mogą być drukowane (drukarka w zestawie) lub eksportowane do komputera (moduł oprogramowania do instalacji na PC w zestawie). To narzędzie do oceny i reedukacji

propriocepcji i kontroli nerwowo – mięśniowej układu ruchu. Posiada wysokiej klasy dotykowy ekran LCD, regulowane poręcze pomocnicze i koła transportowe umożliwiające łatwe przemieszczanie urządzenia. Podstawa platformy pozwala na pracę statyczną oraz dynamiczną.

Parametry: 12,1" dotykowy wyświetlacz oraz możliwość podłączenia monitora zewnętrznego, działa w oparciu o system operacyjny Windows CE, który pozwala na efektywniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej, posiada grafikę, dźwięk, i możliwość podłączenia do Internetu, posiada dodatkowe porty USB umożliwiające podłączenie klawiatury, myszki, drukarki oraz przenoszenie i aktualizację danych, w pamięci urządzenia znajduje się interaktywna gra służąca do treningu równowagi o różnym stopniu trudności, moduły treningowe i testowe umożliwiają sprawdzenie stanu równowagi pacjenta, podstawa platformy podczas treningu wykonuje różne poziomy ruchu lub pozostaje nieruchoma.

Dane techniczne: wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 760 x 1120 x 1880; waga [kg]: 89; maksymalne obciążenie [kg]: 136.

Gwarancja 36 m-cy

Część 2 Wielofunkcyjny aparat do elektroterapii.

W zestawie wyposażenie – elektrody, podkłady, taśmy, przewody.

Elektrostymulator

posiada możliwość współpracy z urządzeniami do terapii ultradźwiękami i terapii podciśnieniowej. Urządzenie generuje prądy niskiej i średniej częstotliwości z możliwością indywidualnego ustawiania intensywności prądu na każdym obwodzie. Przejrzysty układ funkcji na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym pozwala na szybkie i proste wybieranie trybów pracy oraz parametrów aktualnie stosowanego rodzaju pracy.

Aparat generuje:

- prądy diadynamiczne – (MF, DF, CP, LP, RS oraz programy łączone),
- JONO – program przeznaczony do jonoforezy (jednokierunkowy prąd średniej częstotliwości 8000Hz o współczynniku wypełnienia 95%),
- prądy Traevert'a
- impuls prostokątny (2ms-impuls; 5 ms – przerwa),
- prąd Faradyczny (jednokierunkowy impuls, zakres regulacji częstotliwości: 1-100Hz, 9 programów terapeutycznych),
- impulsy trójkątne – jednokierunkowy prąd wykorzystywany do stymulacji z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie 0,1-1000us, przerwy 1-5s,
- impulsy prostokątne – jednokierunkowy prąd wykorzystywany do stymulacji z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie 0,1-1000us, przerwy 1-5s,
- prąd Kotz'a (prąd średniej częstotliwości 1000-2500Hz modulowany do częstotliwości od 50 do 80Hz),
- prąd TENS (dwukierunkowy symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie 500-600us i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępne programy terapeutyczne: TENS tradycyjny, modulowany częstotliwością, modulowany amplitudą, TENS typu BURST - paczki impulsów, stymulacja pobudzająca wydzielanie endorfin).

W zestawie znajduje się przewód do terapii skojarzonej: elektroterapia + podciśnienie.

Aparat do terapii podciśnieniowej:

Pracując samodzielnie pełni funkcję aparatu do terapii podciśnieniowej. Oprócz tego stanowi znakomite uzupełnienie elektroterapii. W połączeniu z elektrostymulatorem służy bowiem do aplikacji prądów poprzez ssawki z wbudowanymi elektrodami. Podciśnieniowe mocowanie elektrod znacznie ułatwia wykonywanie zabiegów elektroterapii, zwłaszcza w miejscach, gdzie trudno użyć elektrod płaskich. Samouszczelniające się ssawki podnoszą znacznie komfort użytkowania, szczególnie w przypadku pracy jednoobwodowej. Opcja wyboru różnych rozmiarów ssawek optymalizuje terapię, oferując możliwość precyzyjnego dostosowania do rodzaju prądu i miejsca aplikacji. Ponadto, w trybie pulsacyjnym występuje efekt mechanicznego masażu, co daje korzyść w postaci zwiększenia ukrwienia i metabolizmu. Unikalną cechą jest tryb pracy synchronizowanej z generowanym prądem. Podciśnienie jest zwiększane w fazie stymulacji, a obniżane w czasie odpoczynku. Tryb ten przeznaczony jest do wykorzystania z programami treningowymi.

Funkcjonalność: samouszczelniające się ssawki, dwa obwody wyjściowe, możliwość regulacji podciśnienia, niezależne gniazda do aplikacji elektrod do elektroterapii, wydajna, cicha pompa, ergonomia, kontrola parametrów pracy podczas wykonywania zabiegu, dedykowany tryb do opróżniania cieczy ze zbiornika, sygnalizacja napełniania zbiornika.

Tryb pracy: ciągły, pulsacyjny, pulsacyjny zmienny, synchronizowany z prądem, pulsacyjny ze zwiększonym podciśnieniem dolnym.

Konstrukcja: nowoczesna, trwała i niezawodna klawiatura, autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu, łatwe opróżnianie cieczy ze zbiornika.

Rodzaje ssawek: 60mm, 90mm.

Parametry techniczne:

- częstotliwość pulsacji fali podciśnieniowej: 16,12, 20, 40, 60, jmp/min.
- podciśnienie: maks. 500 mbar
- zakres regulacji podciśnienia: 100-500mbar, krok 40mbar
- liczba ssawek: 4,
- zasilanie: 230 V/20W
- wymiary: 30x26x12cm,
- masa maks: 3,5kg.

Gwarancja 36 m-cy

3.2 Dopuszcza się złożenie oferty częściowej obejmującej część 1 lub część 2 opisaną w pkt 3.1

4. Termin wykonania zamówienia: w ciągu 30 dni od podpisania umowy

5. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

6. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.1 Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

7. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień Zaproszenia i wzoru umowy bez zastrzeżeń.

2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy,

8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia.

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

10.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Sygnatura akt: 10/PRZS/19

Zakup i dostawa sprzętu do rehabilitacji w ramach projektu *Wdrożenie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu.*

Nie otwierać przed 25.11.2019r. do godziny 10:00

11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica do dnia 25.11.2019 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 10 Zaproszenia lub przesyłając na adres email: r.tkaczyk@zoz.nidzica.pl do dnia 25.11.2019r., do godziny 10:00

12. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

13. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 11. niniejszego Zaproszenia zostanie zwrócona wykonawcy

14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 25.11.2019r o godzinie 10:15

15. Otwarcie ofert jest jawne.

15.1 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

15.2 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
- 3) Parametry, kryteriów oceny ofert wymaganych przez Zamawiającego.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia):

- 1) cena oferty „C” 100%

Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 100 \text{ pkt} \times 100 \%$$

gdzie: C_{\min} - cena oferty z najniższą ceną (zł);

C_{bad} - cena oferty badanej (zł);

100% - waga kryterium „C”

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 100,00 pkt.

17. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy*
- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy jest



Pan Sebastian Szewczyk

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

lek. Anna Ostowska

Sporządził Radosław Tkaczyk

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
NIP 884-00-79-782, Reg. 868396561
tel. 089-625-05-35, 089-625-05-89