

Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

(Pieczęć firmowa lub dane Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Gęstościomierz – 1 szt.

Nazwa i/lub numer katalogowy urządzenia oferowanego przez Wykonawcę:

.....

| Urządzenie spełniające następujące wymagania: | Wymaganie spełnione (TAK/NIE) | Uwagi |
|---|-------------------------------|-------|
| lekka i ergonomiczna konstrukcja | | |
| przenośne urządzenie | | |
| łatwa nawigacja (przyciski i/lub joystick) | | |
| automatyczne pobieranie próbek | | |
| zakres pomiaru nie gorszy niż: - gęstość od 0 do 3g/cm ³ , - temperatura od 15 do 40 °C, - ciśnienie od 0 do 5 barów; | | |
| dokładność pomiaru – nie gorsza niż: - gęstość 0,001 g/cm ³ , - temperatura 0,3 °; | | |
| powtarzalność pomiaru – nie gorsza niż: - gęstość 0,0002 g/cm ³ , - temp. 0,1 °C | | |
| czas pomiaru – maksymalnie 60 s; | | |
| automatyczne wyliczanie gęstości; | | |
| kompensacja temperatury wody; | | |
| możliwość pomiaru próbek pływających w wodzie; | | |
| możliwość pomiaru objętości brył; | | |
| możliwość zapisania co najmniej 1000 wyników | | |
| oprogramowanie umożliwiające zarządzanie danymi w komputerze m.in.: przeglądanie i filtrowanie wyników, tworzenie wykresów monitorowania próbek, drukowanie z programu lub bezpośrednio z urządzenia, | | |
| objętość próbki co najmniej 2 ml | | |
| kolorowy wyświetlacz | | |
| Posiadane złącza – co najmniej: USB-A, USB-C, RFID i czytnik kodów kreskowych | | |

| | | |
|--|--|--|
| W zestawie akumulatory z możliwością ładowania i wyjmowania | | |
| Zestaw akcesoriów (co najmniej): - drukarka do drukowania wyników - osłona ochronna - rurka próbnika co najmniej 190 mm - rurka próbnika co najmniej 600 - złącze do strzykawki - znaczniki - 10 szt. - folia do znacznika - 10 szt. - standard gęstości – woda, 10 szt. - strzykawki 10 ml, 100 szt. - walizka transportowa | | |

Wymagania dodatkowe:

1. wykonawca zapewni jakość i przydatność oferowanego urządzenia,
2. zamówienie obejmuje bezpłatną dostawę do siedziby Zamawiającego, montaż urządzenia (jeśli jest niezbędny do uruchomienia - z wyjątkiem wykonania przyłącza elektrycznego, pneumatycznego oraz wykonania fundamentów), uruchomienie urządzenia oraz przeszkolenie pracowników;
3. wraz z Urządzeniem Zamawiający powinien otrzymać instrukcję obsługi w języku polskim oraz płytę CD z oprogramowaniem (jeśli dotyczy);
4. systemu sterowania urządzeniem (oprogramowanie) powinien poprawnie współpracę z oferowanym modelem urządzenia oraz posiadać polską wersję językową (jeśli dotyczy);
5. menu urządzenia w języku polskim (jeśli dotyczy);
6. przedmiot zamówienia musi być nowy, kompletny i sprawny – jego zakup nie mógł być wcześniej finansowany choćby w części ze środków UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych;
7. okres gwarancji na dostarczany przedmiot będzie wynosił **co najmniej 12 miesięcy** od dnia wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru „bez zastrzeżeń”
8. oferowane urządzenie będzie zgodnie z odpowiednimi normami i będzie posiadać Certyfikat CE
9. serwis oferowanego urządzenia będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

.....
miejsce i data

.....
czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy