

1. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną posiadającą jednorodność temperatury +/- 2,5 °C z jednoczesną stabilnością temperatury +/- 0,3° C ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nie, suszarka laboratoryjna powinna być zgodna ze specyfikacją - jednorodność temperatury nie większa niż $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Określone w specyfikacji wymagania są niezbędne dla zapewnienia pożądanej jakości zaplanowanych do przeprowadzenia w ramach projektu badań naukowych.

2. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną z drzwiami pełnymi?

Odpowiedź: Nie, suszarka laboratoryjna powinna być zgodna ze specyfikacją – przeszklone drzwi.

3. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną z oknem wizyjnym, stanowiącym alternatywę do całkowicie przeszklonych drzwi? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nie, suszarka laboratoryjna powinna być zgodna ze specyfikacją – przeszklone drzwi. Określone w specyfikacji wymagania są niezbędne dla zapewnienia pożądanej jakości zaplanowanych do przeprowadzenia w ramach projektu badań naukowych.

4. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną z kontrolerem z funkcjami czasowymi zamiast zegara cyfrowego regulowanego (minutowego)? Spełnia on taką samą rolę jak wymagany przez Zamawiającego zegar cyfrowy. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nie, suszarka laboratoryjna powinna być zgodna ze specyfikacją – zegar cyfrowy regulowany (minutowy). Określone w specyfikacji wymagania są niezbędne dla zapewnienia pożądanej jakości zaplanowanych do przeprowadzenia w ramach projektu badań naukowych.