



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Kielce, dn.28-03-2018 r

Dotyczy zapytania ofertowego ogłoszonego w Bazie Konkurencyjności: nr ogłoszenia 1097221

Pytanie 1 dot. materacy składanych (pozycja 12)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania materac składany o wymiarach : 180 x 90 x 5cm?
Materac nie posiada uchwytów.

Odpowiedź:

Wymiary zgodnie z opisem .. Zgodnie z opisem materac musi posiadać uchwyty.

Pytanie 2 dot. Stołu Rehabilitacyjnego (pozycja 27)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół o szerokości 64cm z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy co pozwala na regulację z każdej strony stołu? Czy Zamawiający wymaga, aby ten stół posiadał podłokietniki?

Odpowiedź:

Szerokość stołu rehabilitacyjnego zgodnie z opisem. Stół rehabilitacyjny posiada możliwość regulacji wysokości elektryczną z ręcznym pilotem, regulacją kąta nachylenia oparcia głowy na sprężynie lub siłowniku gazowym oraz możliwością regulacji położenia łokci podczas terapii, otwór z zatyczką w podgłówniku oraz w leżu. Sterowanie musi być bezpieczne i nie powodować przypadkowych zmian wysokości stołu podczas terapii.

Pytanie 3 dot. Stołu Rehabilitacyjnego (pozycja 31)

Czy Zamawiający dopuści stół do terapii dzieci z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy. Takie rozwiązanie pozwala na regulację z każdej części stołu bez potrzeby odrywania się od pracy terapeuty ponieważ wysokość reguluje się nogami.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem stół rehabilitacyjny musi posiadać możliwość regulacji wysokości elektryczną z ręcznym pilotem. Sterowanie musi być bezpieczne i nie powodować przypadkowych zmian wysokości stołu podczas terapii.

Pytanie 4 dot. formy składania oferty.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie oferty drogą elektroniczną? Jeśli tak to prosimy o wskazanie adresu mailowego.

Zgodnie z punktem 9 Zapytania ofertowego:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą / kurierem lub dostarczyć osobiście (w formie pisemnej) na adres siedziby Zamawiającego, tj.: Oblęgór, ul. Widoma 30, 26-067 Strawczyn. Termin złożenia oferty, to dzień wpływu do siedziby Zamawiającego.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści z dopiskiem „Oferta na dostawę sprzętu do rehabilitacji do wyposażenia sal terapii si w ramach Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji „Złota Rybka” w ramach realizacji projektu nr RPSW.02.05.00-26-0353/16 – działanie 2.5 RPO WŚ na lata 2014 – 2020”.

Termin składania ofert: 04 kwietnia 2018 r., godz.: 15:00.

Tomasz Klimkiewicz

/-/

Właściciel

Kielce, dnia 28 marca 2018 r.