

Lubawa, dnia 15.06.2018 r.

## Wykonawcy

Znak sprawy: ZP.1.2018

### Zapytanie ofertowe

Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Długoterminowej p.w. „Szpital św. Jerzego” w Lubawie zaprasza do składania ofert na dostawę łóżek rehabilitacyjnych.

Postępowanie to realizowane jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 8: Obszary wymagające rewitalizacji, działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

#### **I. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż łóżek rehabilitacyjnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
  - 1) 33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała,
  - 2) 33192120-9 Łóżka szpitalne.

#### **III. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie**

1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium „cena”.
2. Liczba punktów w kryterium „cena” obliczane będzie zgodnie z poniższym wzorem:

$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100$$

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która uzyska najwięcej punktów.

#### **IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

##### **1. Składanie ofert**

- a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej p.w. „Szpital św. Jerzego” w Lubawie ul. Grunwaldzka 11, 14-260 Lubawa w terminie do dnia 23.06.2018 r. do godziny 9:00.
- b) Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
- c) W przypadku unieważnienia postępowania złożone przez wykonawców oferty pozostaną w dokumentacji Zamawiającego.
- d) Ofertę należy złożyć opakowaną w kopertę. Na kopercie należy umieścić napis:

Oferta na dostawę łóżek rehabilitacyjnych.  
Nie otwierać przed dniem 23.06.2018 r., godz. 9:15

##### **2. Otwarcie ofert**

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.06.2018 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Zamawiającego – Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej p.w. „Szpital św. Jerzego” w Lubawie ul. Grunwaldzka 11, 14-260 Lubawa.

#### **V. Sposób obliczania ceny oraz warunki płatności**

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtowej wyrażoną w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, gdyż zadeklarowana cena nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia. Cenę ofertową należy podać w formularzu ofertowym.
2. Płatności za fakturę nastąpią na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, po dokonaniu poszczególnych czynności odbiorowych.
3. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

#### **VI. Termin wykonania zamówienia**

1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zadania – 60 dni od dnia podpisania umowy.

## **VII. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy**

1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 2),
2. Wypełniony opis przedmiotu zamówienia - część związana z parametrem oferowanym (wg załącznika nr 1).

## **X. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

### Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy.

## Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

### Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

#### Wielofunkcyjne łóżko elektryczne w obudowie drewnianej – 15 szt.

##### Parametry wymagane

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym	TAK	
2.	Podstawa łóżka gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łózek opartych na kolumnach lub siłownikach wbudowanych w szczyty łóżka).	TAK	
3.	Wymiary zewnętrzne łóżka: <ul style="list-style-type: none"> <li>Długość całkowita: 2100 mm, (+/- 20 mm)</li> <li>Szerokość całkowita: 1050 mm, (+/- 20 mm)</li> </ul>	TAK PODAĆ	
4.	Obudowa łóżka wykonana z drewna, barierki boczne wykonane z drewna wykończone okleiną w kolorze obudowy	TAK	
5.	Obudowa drewniana oraz barierki boczne estetycznie wykończone o ergonomicznych kształtach, bez kątów ostrych	TAK	
6.	Barierki boczne łóżka zintegrowane z drewnianą obudową	TAK	
7.	Drewniana maskownica elementów metalowych ramy leża umieszczona za barierkami. Maskownica na całej długości leża.	TAK	
8.	Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki)	TAK	
9.	Łóżko wyposażone w barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52	TAK	
10.	Leże łóżka 4 segmentowe w tym 3 segmenty uchylne	TAK	
11.	Segmenty leża wypełnione lamelami metalowymi	TAK	
12.	Segment oparcia pleców z funkcją autoregresji, zapobiegający zakleszczaniu oraz zsuwaniu się pacjenta kierunku szczytu nóg	TAK	
13.	Rama leża wyposażona w tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz do mocowania wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością montowania wyposażenia dowolnie po lewej lub prawej stronie łóżka	TAK	
14.	Funkcja 3 stopniowej regulacji wysokości leża. Automatycznie zatrzymuje leże w najniższym położeniu, na wysokości 40 cm (+/- 2 cm) oraz w położeniu najwyższym.	TAK PODAĆ	
15.	Elektryczna, płynna regulacja wysokości leża w zakresie od: 240 - 820 mm, (+/- 20 mm)	TAK PODAĆ	

16.	Pozostałe elektryczne regulacje : – kąt segmentu oparcia pleców: 0 - 70°, (+/-2°) – kąt segmentu uda: 0 - 40°, (+/-2°) – pozycja anty-Trendelenburga: 0 - 13°, (+/-2°)	TAK PODAĆ	
17.	Regulacja segmentu podudzia ręczna, mechanizmem zapadkowym, z możliwością wypoziomowania w stosunku do dowolnego kąta sekcji uda	TAK	
18.	Pilot przewodowy z możliwością selektywnej blokady poszczególnych funkcji przez personel medyczny Pilot oraz łóżko bez funkcji Trendelenburga	TAK	
19.	Podstawa łóżka jezdną wyposażoną w koła umieszczone w osłonach wykonanych ze stali malowanej proszkowo w kształcie kwadratu. Przestrzeń pomiędzy leżem a podstawą pozbawiona, kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka umożliwiającą łatwe mycie i dezynfekcję.	TAK	
20.	Możliwość awaryjnego opuszczenia oparcia pleców w przypadku braku zasilania	TAK	
21.	Koła blokowane centralnie, parami	TAK	
22.	Leże nie składane	TAK	
23.	Możliwość wyboru koloru oraz rodzaju obudowy	TAK	
24.	Elektryczne zasilanie 24V	TAK	
25.	Dopuszczalne obciążenie min. 220 kg	TAK PODAĆ	
26.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK PODAĆ	

## Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

### FORMULARZ OFERTOWY

pieczęć Wykonawcy

**Dyrektor Niepublicznego**

**Zakładu Opieki Długoterminowej**

**p.w. „Szpital św. Jerzego” w Lubawie**

Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych, składam-y następującą ofertę:

Cena brutto: .....

Oświadczam-y, że:

– zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, nie wnosimy do niego zastrzeżeń przyjmujemy warunki w nim zawarte.

.....  
(podpis upoważnionego  
przedstawiciela wykonawcy)